

Załącznik nr 2

N-NH4

dane z kalibracji

data	stała	OD niski	OD wysoki	prąd led [mA]
20-maj	0,9191	0,017	0,678	1,28
17-maj	0,9298	0,017	0,670	1,28
16-maj	0,9299	0,022	0,675	1,28
14-maj	0,9178	0,016	0,678	1,28
11-maj	0,9234	0,015	0,672	1,28
11-maj	0,9170	0,015	0,677	1,28
09-maj	0,9184	0,019	0,680	1,28
09-maj	0,9296	0,025	0,678	1,28
08-maj	0,9124	0,014	0,679	1,28
05-maj	0,9108	0,016	0,683	1,28
02-maj	0,9078	0,017	0,686	1,28
29-kwi	0,9119	0,017	0,682	1,28
28-kwi	0,9190	0,022	0,682	1,28
26-kwi	0,9495	0,016	0,656	1,28
24-kwi	0,9477	0,018	0,659	1,28
21-kwi	0,9598	0,021	0,653	1,28
17-kwi	0,9685	0,020	0,647	1,28
14-kwi	0,9661	0,017	0,645	1,28
11-kwi	0,9494	0,018	0,657	1,28
08-kwi	0,9586	0,019	0,652	1,28
05-kwi	0,9621	0,018	0,649	1,82
02-kwi	0,9473	0,014	0,655	1,28
30-mar	0,9485	0,016	0,656	1,28
27-mar	0,9571	0,018	0,652	1,28
24-mar	0,9723	0,020	0,645	1,28
21-mar	0,9634	0,019	0,649	1,28
18-mar	0,9632	0,020	0,650	1,28
15-mar	0,9540	0,019	0,655	1,28
12-mar	0,9531	0,018	0,655	1,28
09-mar	0,9564	0,021	0,656	1,28
06-mar	0,9550	0,028	0,664	1,28
03-mar	0,9414	0,018	0,663	1,25
28-lut	0,9416	0,015	0,660	1,25
25-lut	0,9770	0,017	0,658	1,25
22-lut	0,9424	0,017	0,661	1,25
19-lut	0,9613	0,029	0,661	1,25
19-lut	0,9371	0,017	0,665	1,25
16-lut	0,9636	0,022	0,652	1,25
13-lut	0,9557	0,021	0,657	1,25
13-lut	0,9538	0,021	0,658	1,25